

平成 25 年 4 月 9 日

お得意様各位

セレスティス・リミテッド
日本ビーシージー製造株式会社

クオンティフェロンTBゴールド用採血管についてのお願い

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また平素はQFT検査にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、現在販売中の下記ロット番号のゴールド用採血管について、一部のお得意様において、判定保留および陽性の判定結果が多発しているとの報告を受けております。詳しい状況や起こりうる原因について調査中ですが、お得意様各位におかれましては、原因が判明するまでの間、当該ロットの採血管の使用を中止していただきますようお願いいたします。すでに該当ロットの採血管を使用し実施された検査結果につきましては、信頼性が低いと思われ

ます。
また、大変申し訳ございませんが、当該ロットに代わる代替え品となる在庫が無く、代替え品の輸入の時期につきましても未定となっております。これからの対応につきましては、新しい情報がわかり次第、ご連絡を差し上げます。製造元と連携し、大至急に対処する所存ですので、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

検査を中止していただく採血管のロット番号（製品箱に記載）

50検体用 T-028

1検体用 TH-026、TH-027

いずれも有効期限 2014年1月

製造メーカーの製造番号（採血管ラベルに記載）

TB抗原A1210004 マイトジェンA1210006 ニルA1210008

（上記は各ロット共通番号）

本件に関するお問い合わせは 担当MRまたは下記までお願いいたします。

日本ビーシージー製造株式会社 カスタマーセンター

TEL 03-5800-5311

以上